

MA1	PRACOVNÍ ZPRÁVA ZE ZKOUŠEK	AG <i>Symbol druhu zkoušky</i>	Str. 4/4
kód vzorku: BR-0499-18		kód řídicího ústavu: W/MA1/258/18	
		kód kooperujícího ústavu: —	

Vysvětlivky:

V_c = počet buněk v 1 ml (1 nebo více destiček)

\bar{x} = průměrná hodnota V_{c1} a V_{c2}

\bar{x} = vážený průměr z \bar{x}

R = redukce ($\log R = \log N_0 - \log N_a$)

Kontrola průměrných vážených hodnot (podíl průměrů ze dvou postupných ředění má být minimálně 5 a maximálně 15)

C. albicans: 404/41 = 9,9

A. brasiliensis 351/40 = 8,8

Požadavky: redukce počtu hub alespoň o 4 log desetiny

Posouzení výsledku: Výrobek BIOSEPTOL 80 splňuje požadavky normy v podmínkách provedených zkoušek: koncentraci 100 %* i 50 %, čas kontaktu 1 minuta – pro *C. albicans* a 5 minut – pro *A. brasiliensis*. čisté podmínky.

Datum ukončení zkoušek: 19.11.2018

Podpis zhotovitele: *podpis nečitelný*

Podpis vedoucího pracoviště:
podpis nečitelný

